



INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy

85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2, tel. 52 376 17 00, fax 52 376 17 34
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dnia 2.11.2020 r.

WIOŚ-WP.272.4.2020

Nazwa zamówienia: **Dostawa analizatora do identyfikacji substancji**

ZMIANA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa analizatora do identyfikacji substancji” w następujący sposób:

Rozdział 3 - opis przedmiotu zamówienia – pkt 3.1 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa podręcznego analizatora do szybkiej identyfikacji substancji (spektrometru) – mobilne, wodoodporne urządzenie wyposażone w intuicyjny panel sterowania wraz ze zintegrowaną biblioteką na ponad 1200 różnych związków niebezpiecznych z możliwością rozbudowywania przez użytkownika.

Możliwość identyfikacji substancji niebezpiecznych. Urządzenie pozwalające uniknąć bezpośredniego kontaktu z nieznaną substancją z możliwością obsługi za pomocą jednej ręki. Waga urządzenia do 2 kg, z możliwością identyfikacji pojedynczych składników w mieszaninie. Praca w trybie niezależnym, gdzie z poziomu urządzenia można wykonywać podstawowe operacje, np. kalibrację, identyfikację związków, a następnie ich transfer do oprogramowania komputerowego. Możliwość obsługi urządzenia połączonym kablem USB z komputerem, na którym jest zainstalowane oprogramowanie. Odporne na wysokie i niskie temperatury, wstrząsy mechaniczne i wibracje.

Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w kamerę pozwalającą na dokumentowanie prowadzonych badań, poprzez zapis zdjęć badanych próbek wraz z wynikiem ich badania.

Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało parametry umożliwiające identyfikację próbek barwnych oraz poprzez przepuszczające światło barwne opakowania bez zakłóceń spowodowanych efektem fluorescencji.

Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość analizy próbek zawilgoconych.

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie działało w oparciu o technologię Ramana.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wstępnego szkolenia z obsługi urządzenia, a ponadto stałego wsparcia merytoryczno-technicznego w trakcie okresu użytkowania urządzenia.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na prawidłowe działanie urządzenia: minimum 24 miesiące.

Wykonawca zobowiązany jest wraz z przedmiotem zamówienia dostarczyć Zamawiającemu dokumenty (w języku polskim) zawierające specyfikację techniczną, instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną lub dokumenty równoważne.

Wykonawca dostarczy urządzenie do siedziby Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W konsekwencji powyższego zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu z dnia 28.10.2020 r. w wwym. zakresie.

CUJAWSKO-POMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA |

Zdzisław Krajewski