



Bydgoszcz, dnia 06.10.2021 r.

WIOŚ-WAT.272.1.2021

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania na dostawę spektrometru dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do Opisu przedmiotu zamówienia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z mierzonym zakresem spektralnym aparatu od 200 cm^{-1} do 2500 cm^{-1} ?

Z 24 cm^{-1} przy dolnym zakresie, zyskaliby Państwo 100 cm^{-1} górnego zakresu, co przełoży się na jeszcze lepszą identyfikację substancji i ich mieszanin.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia w przedmiotowym zakresie bez zmian. Z uwagi na specyfikę działalności Zamawiającego ważna jest możliwość identyfikacji substancji również w zakresie spektralnym poniżej 200 cm^{-1} .

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedź, wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowi jej integralną część.

KUJAWSKO-POMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA


Zdzisław Krajewski