

Bydgoszcz, dnia 20.05.2014

WIOŚ-SSZP.272.3.2013

### ZMIANA TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń laboratoryjnych zmienia co następuje:

#### Zmiana 1:

W SIWZ w pkt nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” w zadaniu nr 2 w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” w pkt 1, ppkt b):

Przed zmianą: „płynna regulacja prędkości obrotowej w zakresie max. do 200 obrotów na minutę”,

Po zmianie: „płynna regulacja prędkości obrotowej w zakresie minimum od 20 do 280 obrotów na minutę”.

#### Zmiana 2:

W SIWZ w pkt nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” w zadaniu nr 2 w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” w pkt 1, ppkt h):

Przed zmianą: „łaźnia wodna pokryta PTFE z płynną regulacją temperatury w zakresie minimum 20°C, max 180°C z dokładnością maksimum  $\pm 1^\circ\text{C}$  i cyfrowym wyświetlaczem temperatury”,

Po zmianie: „łaźnia wodna pokryta PTFE z płynną regulacją temperatury z możliwością ustawienia termostatu do temperatury co najmniej 180°C, z dokładnością co najmniej  $\pm 1^\circ\text{C}$  i z cyfrowym wyświetlaczem temperatury”,

#### Uzasadnienie:

Poprawienie błędów w opisie przedmiotu zamówienia.

Specjalista  
ds. zamówień publicznych i inwestycji  
mgr inż. Waldemar Baczyński

KUJAWSKO-POMORSKI  
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA

dr Elwira Jutrowska