



INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dnia 31.05.2016 r.

WIOŚ-SSZP.272.11.2016

Nazwa zamówienia: Dostawa urządzenia do odparowywania lotnych rozpuszczalników organicznych.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zgodnie z art. 38 ust 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzenia do odparowywania lotnych rozpuszczalników organicznych.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza próbówki o min. objętości 20 ml, max 200 ml umieszczane w specjalnym statywie wewnątrz łaźni wodnej ?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach wynoszących (szer. x głęb.): 51 x 48 cm

Odpowiedź

Tak, Zamawiający zmienia zapisy siwz w tym zakresie.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza termin wykonania zamówienia dłuższy niż 30 dni i wynoszący 42 dni ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający zmienia zapisy siwz w tym zakresie.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza zasilanie azotem pod ciśnieniem mniejszym niż 4 bary ?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 5:

W związku z postępowaniem dotyczącym dostawy urządzenia do odparowywania lotnych rozpuszczalników organicznych chciałbym zadać pytanie odnośnie opisu zawartego w SIWZ odnoszącego się do maksymalnych wymiarów urządzenia.

W opisie przedmiotu zamówienia zawarto stwierdzenie: „ – wymiary nie większe niż 60 cm x 45 cm (szer. X gł.)”

Producenci w zależności od rozwiązań technicznych i usytuowania panelu sterowania stosują różne wymiary urządzeń. Samo określenie głębokości i szerokości zależy od odpowiedniego rzutu na bryłę urządzenia i określenia osi tego rzutu.

W praktyce urządzenia z bocznym panelem sterowania posiadają większą szerokość, natomiast mniejszą głębokość, a urządzenia z frontowym panelem odwrotnie.

Dlatego też często podanie dwóch parametrów może być nie do końca precyzyjne i eliminować z postępowania urządzenia, które objętościowo będą posiadały podobne wymiary ale w zależności od rozwiązań technicznych będą różniły się długością odpowiednich boków.


W związku z tym czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie parametru głębokości z 45 cm do 60 cm co pozwoli na uwzględnienie większości gabarytów dostępnych aparatów w zależności od umiejscowienia panelu sterowania?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie parametru głębokości urządzenia do max. 60cm. Gabaryty urządzenia wynikają z dostępnego miejsca pod dygestorium. Zamawiający zmienia zapisy siwz w tym zakresie.

Specjalista ds. zamówień publicznych


mgr Małgorzata Nowicka



KUJAWSKO-POMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA


dr Elwira Jutrowska