



## INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Bydgoszczy

85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69  
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dnia 13.07.2016 r.

WIOŚ-SSZP.272.13.2016

Nazwa zamówienia: **Dostawa chromatografu gazowego**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zgodnie z art. 38 ust 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę chromatografu gazowego wpłynęły pytania Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) o następującej treści:

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści, aby detektor ECD charakteryzował się poziomem detekcji 4,5 fg/s lindanu?

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z punktem 3.2.1 siwz poziom detekcji detektora ECD ma wynosić minimum 4,0 fg/s lindanu.

W związku z powyższym, wartość poziomu detekcji 4,5 fg/s jest dopuszczalna.

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści, aby detektor ECD charakteryzował się zakresem liniowości na poziomie  $5 \times 10^4$  dla lindanu?

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z punktem 3.2.1 siwz zakres liniowości detektora ECD ma wynosić więcej niż  $> 10^5$  dla lindanu.

W związku z powyższym, zakres liniowości detektora ECD na poziomie  $5 \times 10^4$  dla lindanu jest dopuszczalny.

#### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 31.08.2016r?

#### **Odpowiedź**

Nie. Zamawiający pozostawia siwz bez zmian.

#### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuszcza dozownik typu split/splitless z możliwością programowania 3 progów przepływu i ciśnienia?

#### **Odpowiedź**


Nie, Zamawiający pozostawia siwz bez zmian.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuszcza dozownik typu PTV z możliwością programowania 3 progów temperaturowych?

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający pozostawia siwz bez zmian.

Specjalista ds. zamówień publicznych  
  
mgr Małgorzata Nowicka