



INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dnia 14.07.2016 r.

WIOŚ-SSZP.272.13.2016

Nazwa zamówienia: **Dostawa chromatografu gazowego**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zgodnie z art. 38 ust 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę chromatografu gazowego wpłynęły pytania Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) o następującej treści:

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści, aby chromatograf który posiada kontrolę ciśnienia na wszystkich dozownikach i wszystkich detektorach na poziomie 0,001 psi która to kontrola daje możliwość precyzyjnego odtwarzania czasów retencji (kluczowy parametr podczas prowadzonych oznaczeń) posiadał dozownik split/splitless z możliwością programowania do 3 narostów ciśnienia i przepływu?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza dozownik z możliwością programowania min. 3 progów ciśnienia i przepływu.

Jednocześnie informujemy, że w wyjaśnieniach do siwz z dnia 13.07.2016 w odpowiedzi na pytanie 4 wkradł się błąd o następującej treści:

Jest: Nie, Zamawiający pozostawia siwz bez zmian.

Powinno być: Zamawiający dopuszcza dozownik typu split/splitless z możliwością programowania 3 progów przepływu i ciśnienia.

Specjalista ds. zamówień publicznych

mgr Małgorzata Nowicka