



## INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

### Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69  
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dnia 14.07.2016 r.

WIOŚ-SSZP.272.13.2016

Nazwa zamówienia: Dostawa chromatografu gazowego

#### **ZMIANA** **Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**

Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w następujący sposób:

#### **- pkt 3.2.1 siwz „Minimalne wymagania i parametry techniczne urządzenia”** **ppkt 2 przed zmianą brzmi:**

dozownik typu split/splitless - 1 szt.:

- z elektroniczną kontrolą pneumatyki,
- z możliwością programowania min. 7 progów przepływu i ciśnienia,
- możliwość nastrzyku w trybie pulsed split/splitless, poprawiająca czułość oznaczeń śladowych,
- maksymalna temperatura pracy min. 400°C, programowana co 1°C,
- stosunek podziału nie gorszy jak 7000:1,
- odpowiedni dla wszystkich kolumn kapilarnych o średnicy od 0,05 do 0,53 mm.

#### **- Po zmianie pkt 3.2.1 siwz „Minimalne wymagania i parametry techniczne urządzenia”** **ppkt 2 - otrzymuje brzmienie:**

dozownik typu split/splitless - 1 szt.:

- z elektroniczną kontrolą pneumatyki,
- z możliwością programowania min. 3 progów przepływu i ciśnienia,
- możliwość nastrzyku w trybie pulsed split/splitless, poprawiająca czułość oznaczeń śladowych,
- maksymalna temperatura pracy min. 400°C, programowana co 1°C,
- stosunek podziału nie gorszy jak 7000:1,
- odpowiedni dla wszystkich kolumn kapilarnych o średnicy od 0,05 do 0,53 mm.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Specjalista ds. zamówień publicznych

*mgr Małgorzata Nowicka*

KUJAWSKO-POMORSKI  
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA

*dr Elwira Jutrowska*