



INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dnia 29.07.2016 r.

WIOŚ-SSZP.272.17.2016

Nazwa zamówienia: **Dostawa akcesoriów i części do aparatury**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zgodnie z art. 38 ust 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów i części do aparatury.

Pytanie 1:

Zadanie 12, poz. 9 – Gilzy do ekstrakcji w aparacie firmy TECATOR

Zamawiający podaje wymiary śr. 24,5 mm, wys. 60 mm – w aparacie TECATOR używa się gilz o wymiarach 25x60 mm – czy możemy zaoferować gilzy o wymiarach 25 x 60 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów siwz w tym zakresie.

Pytanie 2:

Zadanie 12, poz. 9 - Zamawiający określa opakowanie jednostkowe op.30 szt – gilzy są pakowane w opakowania jednostkowe op.25 szt – proszę o dokonanie odpowiedniej zmiany w SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów siwz w tym zakresie.

Pytanie 3:

Zad. 12 poz. 7 Proszę o informację czy sączi mają być gładkie czy kratkowane. Jeśli to możliwe proszę o doprecyzowanie przez podanie nr kat. produktu referencyjnego.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby sączi były gładkie.

Pytanie 4:

Zad. 12 Poz. 9- Proszę o podanie modelu aparatu Foss, tak aby właściwie dobrać gilzy.

Odpowiedź

Model aparatu to: SOXTEC SYSTEM HT 1043 Extraction Unit.

Specjalista ds. zamówień publicznych


mgr Małgorzata Nowicka