



INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy

85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dnia 7.11.2016 r.

WIOŚ-SSZP.272.20.2016

Nazwa zamówienia: Dostawa analizatora NO-NO2-NOx

ZMIANA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w następujący sposób:

I. pkt 3.1 siwz – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”,

- który przed zmianą brzmiał:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora NO-NO2-NOx wraz z materiałami eksploatacyjnymi.

Parametry analizatora:

Zakres: 0-100 ppb w podzakresach
LDL : 0,5 ppb
Powtarzalność : +/- 1,0 % pełnej skali
Liniowość: +/- 1,0 % pełnej skali
Zero/span: wbudowane zawory
Dryft Zero: 0,5ppb/dzień w zakresie 0-100 ppb
Dryft Span: 0,5ppb/0,5ppb w zakresie 0-100 ppb
Przepływ próbki: 500cm³/min +/- 10 %

Materiały eksploatacyjne :

- zestaw naprawczy do pompy Thomas do Nox API T200,
- 50 sztuk filtrów wstępnego oczyszczania,
- 10 sztuk oringów do toru ozonu,
- 10 sztuk filtrów SS do toru próby (spiek w komorze),
- 5 sztuk filtrów DFU,
- 500 sztuk filtrów QMA whatmann 47mm,
- 2 sztuki zestawów naprawczych do KNF PU 22 API T.

- po zmianie otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora NO-NO2-NOx wraz z materiałami eksploatacyjnymi.

Parametry analizatora:

Zakres: 0-100 ppb w podzakresach
LDL : 0,5 ppb
Powtarzalność : +/- 1,0 % pełnej skali
Liniowość: +/- 1,0 % pełnej skali

Zero/span: wbudowane zawory
Dryft Zero: 0,5ppb/dzień w zakresie 0-100 ppb
Dryft Span: 0,5ppb/0,5ppb w zakresie 0-100 ppb
Przepływ próbki: minimum 500cm³/min.

Materiały eksploatacyjne :

- zestaw naprawczy do pompy Thomas do Nox API T200,
- 50 sztuk filtrów wstępnego oczyszczania,
- 10 sztuk oringów do toru ozonu,
- 10 sztuk filtrów SS do toru próby (spiek w komorze),
- 5 sztuk filtrów DFU,
- 500 sztuk filtrów QMA whatmann 47mm,
- 2 sztuki zestawów naprawczych do KNF PU 22 API T.

II. w pkt 3.1 siwz – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, Zamawiający dodaje następujące zapisy:

Oferowany analizator ma pracować w oparciu o metodę chemiluminescencyjną, zgodna z normą EN 14211, jego przydatność do pomiarów musi być potwierdzona raportem z badań zatwierdzenia typu, potwierdzający zgodność urządzenia z wymaganiami normy EN 14211. Badania i raport mają być wykonane przez laboratorium posiadające, w momencie wykonywania badania, akredytację na normę EN ISO/IEC 17025, w zakresie przeprowadzanych badań. Kopię raportu w wersji polskiej należy dołączyć w formie elektronicznej do aparatury.

III. w pkt 10.8 siwz,

- **który przed zmianą brzmi:**

Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym i oznakowanym w następujący sposób:

**INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz**

*Oferta na Dostawę analizatora NO-NO₂-NO_x, nr WIOŚ-SSZP.272.20.2016
nie otwierać przed 07.11.2016 r. godz. 10.00*

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

- **po zmianie otrzymuje brzmienie:**

Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym i oznakowanym w następujący sposób:

**INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz**

*Oferta na Dostawę analizatora NO-NO₂-NO_x, nr WIOŚ-SSZP.272.20.2016
nie otwierać przed 09.11.2016 r. godz. 12.30*

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

IV. Zamawiający zmienia termin składania ofert w następujący sposób:

Termin składania ofert upływa w dniu 09.11.2016 r., godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.11.2016 r. godz. 12.30** w siedzibie Zamawiającego przy ul. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz pokój nr 33 II piętro.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Specjalista ds. zamówień publicznych

mgr Małgorzata Nowicka

w z. KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
mgr inż. Barbara Gurzyńska
ZASTĘPCA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY
ŚRODOWISKA