



Bydgoszcz, dnia 18.07.2017 r.

WIOŚ-SSZP.272.22.2017

Nazwa zamówienia: **Dostawa mieszadła magnetycznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
(odpowiedzi na pytania Wykonawców)**

Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zgodnie z art. 38 ust 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mieszadła magnetycznego wpłynęły pytania Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) o następującej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne 3-stanowiskowe o mocy grzania 1200 W?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający pozostawia siwz bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne 3-stanowiskowe z płytą grzejną wykonaną z odpornego na działanie rozpuszczalników aluminium pokrytego warstwą ceramiczną?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

p.o. Naczelnika Wydziału
Administracyjno-Technicznego

mgr inż. Waldemar Baczyński