

Bydgoszcz, dnia 30.05.2012r

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zgodnie z art. 38 ust 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pipet i akcesoriów laboratoryjnych.

#### **Pytanie 1:**

Dotyczy Zadania nr 4: Czy Zamawiający mógłby szczegółowo określić ilość kolumn ochronnych Ion Pac 2x50mm oraz ilość filterków do kolumny Ion Pac AS22 jaką wymaga, gdyż opis podany w SIWZ jest niejasny.

#### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Kolumna ochronna Ion Pac 2x50mm	– 2 szt.
filterki 2 mm do kolumny Ion Pac AS22; 2x250mm	– 4 szt.

  
Specjalista  
ds. zamówień publicznych i inwestycji  
mgr inż. Waldemar Baczyński