

Bydgoszcz, dnia 11.06.2013r

WIOŚ-SSZP.272.14.2013

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury laboratoryjnej zmienia co następuje:

Zmiana 1

W pkt 2 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 1 poz. 6:

Przed zmianą:

„Wyświetlacz LCD umożliwiający monitoring i sterowanie funkcjami systemu:”

Po zmianie:

„Wyświetlacz LCD lub dotykowy umożliwiający monitoring i sterowanie funkcjami systemu:”

Zmiana 2

W pkt 2 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 1 poz. 11h:

Przed zmianą:

„gładkie wewnątrz – powierzchnie zapobiegające rozwojowi biofilmu na ściankach zbiornika”

Po zmianie:

„gładkie wewnątrz – powierzchnie zapobiegające rozwojowi biofilmu na ściankach zbiornika (nie dopuszcza się stosowania worków do przechowywania wody)”

Uzasadnienie:

Uszczegółwienie opisu przedmiotu zamówienia po pytaniach Wykonawców.

Specjalista
ds. zamówień publicznych i inwestycji
mgr inż. Waldemar Baczyński

Zatwierdzam

w z. KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

mgr inż. Barbara Gurzyńska
ZASTĘPCA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY
ŚRODOWISKA