

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zgodnie z art. 38 ust 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na części i materiały eksploatacyjne do analizatorów.

### **Pytanie 1:**

Na stronie 4 SIWZ w przetargu WIOŚ-SSZP.272.38.2013 w zadaniu 3 poz. 2 piszecie Państwo: „zestaw regeneracyjny pompki KNF – 10 sztuk”, proszę o wyjaśnienie czy zamawiacie Państwo małe czy duże pompki?

### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający zamawia małe pompki KNF do analizatorów CO, SO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub> wyprodukowanych przez firmy Teledyne Technologies Company i Thermo.

Specjalista  
us. zamówień publicznych i in  
mgr inż. Waldemar Baczynski