

Bydgoszcz, dnia 29.07.2013r

WIOŚ-SSZP.272.24.2013

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zgodnie z art. 38 ust 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę części i akcesoriów do aparatury laboratoryjnej

Dotyczy: Zadanie nr 1

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zamawia do Laboratorium WiOŚ Bydgoszcz i WiOŚ Włocławek w pkt. 1 . 2 i pkt. 2. 2 wkład Quantum razem z filtrem końcowym czy sam wkład Quantum.

Odpowiedź na pytanie 1:

Komplet: wkład Quantum razem z filtrem końcowym.

Pytanie 2:

Do jakiego systemu oczyszczania wody - proszę o podanie modelu - Zamawiający zamawia membranę odwróconej osmozy dla Laboratorium WiOŚ Włocławek - pkt. 2.6 .

Odpowiedź na pytanie 2:

Do Elix 5 i Mili-Q Gradient.

Pytanie 3:

Do jakiego systemu oczyszczania wody - proszę o podanie modelu / modeli - Zamawiający zamawia złączki i przewody dla Laboratorium WiOŚ Włocławek - pkt. 2.8.

Odpowiedź na pytanie 3:

Do Elix 5 i Mili-Q Gradient.

Specjalista
ds. zamówień publicznych i inwestycji
mgr inż. Waldemar Baczyński