

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazów specjalnych i mieszanek gazów wzorcowych zmienia co następuje:

Zmiana 1

W pkt nr 2 siwz Opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 1:
W tabeli wykreśla się kolumnę „Tolerancja”

Zmiana 2

W pkt nr 2 siwz Opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 1 w części „Dodatkowe usługi i dostawy wymagane do zamówienia”:

Przed zmianą: Butle wyposażone w gwint M19 x 1,5LH.

Po zmianie: Butle wyposażone w gwint standardowy

Zmiana 3

W pkt nr 2 siwz Opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 2 w części „Dodatkowe usługi i dostawy wymagane do zamówienia”:

Przed zmianą: Gazy będą wolne od wad oraz będą posiadać certyfikat zgodności z PN-EN ISO/IEC 17025:2005, które Zamawiający otrzyma w dniu dostarczenia gazów.

Po zmianie: Gazy będą wolne od wad oraz będą posiadać certyfikat zgodności z PN-EN ISO/IEC 17025:2005 lub ISO 6141 lub ISO 6142, które Zamawiający otrzyma w dniu dostarczenia gazów.

Zmiana 4

W pkt nr 2 siwz Opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 2 w części „Dodatkowe usługi i dostawy wymagane do zamówienia”:

Przed zmianą: Stabilność gazów nie może być krótsza niż:

24 miesiące liczone od dnia ich dostarczenia (pozycje nr 1-2).

12 miesięcy liczone od dnia ich dostarczenia (pozycja nr 3).

Po zmianie: Stabilność gazów nie może być krótsza niż:

24 miesiące liczone od dnia ich wykonania (pozycje nr 1-2).

12 miesięcy liczone od dnia ich wykonania (pozycja nr 3).

Zmiana 5

W pkt nr 2 siwz Opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 3 w części „Dodatkowe usługi i dostawy wymagane do zamówienia”:

Przed zmianą: Stabilność gazów nie może być krótsza niż:

24 miesiące liczone od dnia ich dostarczenia (pozycje nr 1-5).

12 miesięcy liczone od dnia ich dostarczenia (pozycja nr 6).

Po zmianie: Stabilność gazów nie może być krótsza niż:

24 miesiące liczone od dnia ich wykonania (pozycje nr 1-5).

12 miesięcy liczone od dnia ich wykonania (pozycja nr 6).

Zmiana 6

W pkt nr 2 siwz Opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 1 w tabeli, w kolumnie „Pojemność butli”, w poz. 3:

Przed zmianą: 5

Po zmianie: 5 lub 10

Zmiana 7

W „Ogólnych warunkach umowy” w §4 ust. 2:

Przed zmianą: Sprzedawca oświadcza, że dostarczone gazy będą wolne od wad oraz będą posiadać świadectwo wzorcowania zgodne/certyfikat zgodności* z PN-EN ISO/IEC 17025:2005, aprobowane przez PCA/świadectwo jakości*, które Sprzedawca załączy do dostarczonych gazów, w dniu ich dostarczenia.

Po zmianie: Sprzedawca oświadcza, że dostarczone gazy będą wolne od wad oraz będą posiadać świadectwo wzorcowania/certyfikat zgodności* zgodne z PN-EN ISO/IEC 17025:2005/aprobowane przez PCA/ISO 6141/ISO 6142/świadectwo jakości*, które Sprzedawca załączy do dostarczonych gazów, w dniu ich dostarczenia.

Uzasadnienie:

Zmiany po odpowiedzi na pytania Wykonawców

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień: 26 września 2012r do godz. 12.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 września 2012r do godz. 12.30

Zatwierdzam

NACZELNIK
Wydz. Adm. - Technicznego
mgr Leszek Kawczyński

KUJAWSKO-POMORSKI
WOJEWODZKI INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

dr Elwira Jastrzębska