

Bydgoszcz, dnia 30.07.2013r

WIOŚ-SSZP.272.26.2013

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zgodnie z art. 38 ust 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów filtracyjnych.

Dotyczy: poz. 5, 6, 7, 9

Pytanie 1:

Błąd w opisie parametrów przedmiotu zamówienia – filtry kwarcowe QMA – zatrzymanie cząstek 2,2 mikrometra (efektywność 98%) – proszę o zmianę zapisów SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie 1:

Brak błędu w opisie przedmiotu zamówienia. Opis jest prawidłowy.

Dotyczy: poz. 5

Pytanie 2:

Filtry QMA o średnicy 100 mm nie są produkowane, dostępne są średnice 101,6mm lub 110 mm, proszę o wskazanie średnicy jaką należy zaoferować.

Odpowiedź na pytanie 2:

Należy zaoferować filtry o średnicy 100mm ± 3mm.


Specjalista
ds. zamówień publicznych i inwestycji
mgr inż. Waldemar Baczyński