

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zgodnie z art. 38 ust 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę roztworów wzorcowych, odczynników laboratoryjnych i materiałów filtracyjnych.

### **Pytanie 1:**

Dotyczy Zadania nr 9 - pozycja 4 i 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie roztworów wzorcowych magnezu oraz wapnia w 0,1% HNO<sub>3</sub>?

### **Odpowiedź na pytanie 1:**

NIE

### **Pytanie 2:**

Dotyczy Zadania nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie roztworów wzorcowych (pozycje 1-10) z terminem ważności 12 miesięcy od daty dostawy?

### **Odpowiedź na pytanie 2:**

NIE

### **Pytanie 3:**

Dotyczy Zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści wydzielenie z zadania nr 10 pozycji 1-9 oraz pozycji nr 11 i utworzenie nowego pakietu? Umożliwi to wzięcie udziału większej liczby oferentów w przetargu.

### **Odpowiedź na pytanie 3:**

NIE, łączenie zamówień w pakiety nie ogranicza w żaden sposób możliwości udziału wykonawców w postępowaniu.

### **Pytanie 4:**

Dotyczy Zadania nr 10 - pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie roztworu wzorcowego jonów siarczanowych w roztworze wodnym o zawartości 10g/L?

### **Odpowiedź na pytanie 4:**

TAK

### **Pytanie 5:**

Pakiet 1, poz.3 filtry membranowe sterylne z nitrocelulozy, śr. 47mm, śr. porów 0,45µm

Czy wyżej wymienione filtry muszą mieć kratkę zieloną, czy mogą mieć kratkę czarna.

### **Odpowiedź na pytanie 5:**

Zamawiający dopuszcza filtry z kratką zieloną lub z czarną.

### **Pytanie 6:**

W zadaniu 12 w punkcie „Dodatkowe usługi i dostawy wymagane do zamówienia” w punkcie 2 zapisano: Odczynniki muszą posiadać certyfikat jakości spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17025:2005. Czy zamawiający odstąpi od tego zapisu w zadaniu 12 jako, że nie dotyczy on wzorców a odczynników do analiz śladowych?

### **Odpowiedź na pytanie 6:**

Zamawiający zmieni zapis w siwz na „Odczynniki muszą posiadać certyfikat jakości”

**Pytanie 7:**


Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące wzorców pH z zadania 11.

Czy udzieli Państwo zgody na zaproponowanie przez naszą firmę wzorców pH formy SCP Science, których certyfikaty niniejszym dołączamy.

(Daty ważności wzorców zostaną zaktualizowane odpowiednio do nowo wyprodukowanej serii)

**Odpowiedź na pytanie 7:**

TAK (certyfikaty w załączeniu)

  
Specjalista  
ds. zamówień publicznych i inwestycji  
mgr inż. Włodzisław Baczyński