

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zgodnie z art. 38 ust 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę roztworów wzorcowych, odczynników laboratoryjnych i materiałów filtracyjnych.

### **Pytanie 1:**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§2 punkt 4) na: „W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia Sprzedawca będzie zobowiązany do zapłaty Kupującemu kary umownej w wysokości 0,2% łącznej ceny danego zamówienia, za każdy dzień opóźnienia? Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.

### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

### **Pytanie 2:**

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące wzorców pH z zadania 11. Czy udzieli Państwo zgody na zaproponowanie przez naszą firmę wzorców pH formy SCP Science, których certyfikaty niniejszym dołączamy.  
(Daty ważności wzorców : pH 4 – 01/2014, pH 7 – 12/2013, pH 9 – 03/2014)

### **Odpowiedź na pytanie 2:**

TAK (certyfikaty w załączeniu)

### **Pytanie 3:**

Dotyczy zadania nr 11

Czy zaakceptują Państwo wzorce konduktometryczne o wartościach:

146,9  $\mu\text{S/cm}$

1410  $\mu\text{S/cm}$

12850  $\mu\text{S/cm}$

717  $\mu\text{S/cm}$

### **Odpowiedź na pytanie 3:**

Zamawiający zaakceptuje wzorce o powyższych wartościach.

Specjalista  
ds. zamówień publicznych i inwestycji  
mgr inż. Waldemar Baczyński