

Bydgoszcz, dnia 16.08.2012r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zgodnie z art. 38 ust 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę roztworów wzorcowych, odczynników laboratoryjnych i materiałów filtracyjnych.

Pytanie 1:

Dotyczy Zadania 9 poz. 10

Na certyfikacie wzorca ICP multielement standard solution VI umieszczony jest zapis odniesienia do NIST, jednak nie ma podanych niepewności dla każdego parametru. Czy zamawiający zaakceptuje taki certyfikat?

Odpowiedź na pytanie 1:

TAK

Specjalista
ds. zamówień publicznych i inwestycji
mgr inż. Waldemar Baczyński