

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę roztworów wzorcowych, odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych zmienia co następuje:

Zmiana 1

W pkt nr 2 siwz Opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 11:

Przed zmianą:

L.p.	Roztwory wzorcowe
1	wzorzec pH o wartości 9,18
2	wzorzec pH o wartości 6,86
3	wzorzec pH o wartości 4,01
4	wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej właściwej w temp. 25° C – 0,01487 S/m
5	wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej właściwej w temp. 25° C – 0,1413 S/m
6	wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej właściwej w temp. 25° C – 1,285 S/m
7	wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej właściwej w temp. 25° C – 0,0718 S/m

Po zmianie:

L.p.	Roztwory wzorcowe
1	wzorzec pH o wartości 9,18 lub 8,99
2	wzorzec pH o wartości 6,86 lub 7,01
3	wzorzec pH o wartości 4,01 lub 4,00
4	wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej właściwej w temp. 25° C – 0,01487 S/m lub 146,9 µS/cm
5	wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej właściwej w temp. 25° C – 0,1413 S/m lub 1410 µS/cm
6	wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej właściwej w temp. 25° C – 1,285 S/m
7	wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej właściwej w temp. 25° C – 0,0718 S/m lub 717 µS/cm

Uzasadnienie:

Zmiany po odpowiedzi na pytania Wykonawców

Specjalista
ds. zamówień publicznych i inwestycji
mgr inż. Waldemar Baczyński

Zatwierdzam

KUJAWSKO-POMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

dr Elwira Jutrowska