

WIOŚ-SSZP.272.17.2012

Zamawiający:

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
85-018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2
tel. (052) 5826466; fax (52) 5826469


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

**Postępowanie o zamówienie publiczne
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie usług:**

Konserwacji i napraw aparatury laboratoryjnej

Zatwierdzam:

KUJAWSKO-POMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA


dr Elwira Jutrowska

Bydgoszcz, dnia 10.09.2012r.

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1. Zamawiający

Zamawiającym jest: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszcy
Adres: ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
Telefon: 52 5826466, Fax: 52 5826469
Godziny urzędowania od 07.00 do 15.00

1.2. Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

WIOŚ-SSZP.272.17.2012

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

1.3. Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) z zachowaniem zasad określonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

1.4. Przedmiotem postępowania jest Zamówienie na usługi konserwacji i napraw aparatury laboratoryjnej zgodnie z opisem określonym w punkcie 2. SIWZ.

1.5. Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej, na której została opublikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

1.7. Adres strony internetowej Zamawiającego: <http://www.wios.bydgoszcz.pl/>

1.8. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.

Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie zostały użyte ze względów organizacyjnych w celu określenia norm i parametrów, zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

1.9. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

„WIOŚ” lub „Zamawiający” – Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszcy

„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

„Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2. SIWZ.

„Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, który ubiega się o udzielenia zamówienia publicznego albo zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane w następującym zakresie:

Części zamówienia	ilość	Ogólny opis zamówienia	CPV
Zadanie 1	1 poz.	Przeгляд generatora powietrza i azotu	50411000-9
Zadanie 2	1 poz.	Przeгляд analizatora rtęci	50411000-9
Zadanie 3	5 poz.	Konserwacja mikroskopów	50412000-6
Zadanie 4	4 poz.	Przeгляд i kalibracja analizatorów	50411000-9
Zadanie 5	5 poz.	Przeгляд i kalibracja analizatorów	50411000-9
Zadanie 6	1 poz.	Naprawa automatycznej jednostki destylacyjnej	50411000-9
Zadanie 7	1 poz.	Naprawa pobornika pyłu	50411000-9
Zadanie 8	2 poz.	Konserwacja sterylizatorów parowych	50420000-5
Zadanie 9	2 poz.	Naprawa i diagnoza sterylizatorów parowych	50420000-5
Zadanie 10	2 szt.	Naprawa i przeгляд poborników pyłu	50411000-9
Zadanie 11	1 poz.	Przeгляд i kalibracja analizatora	50411000-9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1

Przedmiotem zamówienia jest przeгляд i wymiana części w generatorze powietrza i azotu G6010E wyprodukowanym przez firmę Domnick Hunter w następującym zakresie:

- 1) przeгляд całego układu generatora,
- 2) dostawa i wymiana bezolejowej sprężarki powietrza,
- 3) dostawa i wymiana wkładu filtracyjnego i drenu,
- 4) dostawa i wymiana cewki elektrozaworu,
- 5) sprawdzenie poprawności działania urządzenia pop podłączeniu do chromatografu gazowego HP 6890 firmy Hewlett Packard Company.

Wszystkie czynności muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi aparatury oraz dobrą praktyką inżynierską przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Wszystkie czynności wykonywane przez wykonawcę muszą odpowiadać przepisom w zakresie bhp i ochrony środowiska.

Generator znajduje się w Laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy Pracownia w Bydgoszczy.

Wszystkie czynności muszą być wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Koszty dojazdu w obydwie strony pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 2

Przedmiotem zamówienia jest przegląd i dostawa części eksploatacyjnych (amalgamator – 1 szt., prowadnice – 4 szt.) do analizatora rtęci AMA 254 wyprodukowanego przez firmę ALTEC Ltd.

Wszystkie czynności muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi aparatury oraz dobrą praktyką inżynierską przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Wszystkie czynności wykonywane przez wykonawcę muszą odpowiadać przepisom w zakresie bhp i ochrony środowiska.

Analizator znajduje się w Laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy Pracownia w Bydgoszczy.

Wszystkie czynności muszą być wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Koszty dojazdu w obydwie strony pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 3

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja:

- 1) Mikroskopu odwróconego TS-100F o nr fabrycznym 501023 (rok prod. 2005) wyprodukowanego przez Nikon,
- 2) Mikroskopu odwróconego TS-100F o nr fabrycznym 401784 (rok prod. 2005) wyprodukowanego przez Nikon,
- 3) Mikroskopu Jenamed - 2 o nr fabrycznym 858439 (rok prod. 1989) wyprodukowanego przez Carl Zeiss Jena,
- 4) Mikroskopu Jenamed - 2 o nr fabrycznym 003142 (rok prod. 1988) wyprodukowanego przez Carl Zeiss Jena,
- 5) Mikroskopu Nikon Ti - U o nr fabrycznym 532756 (rok prod. 2009) wyprodukowanym przez wyprodukowanego przez Nikon,

w następującym zakresie:

- 1) konserwacja urządzeń optycznych i ich regulacja,
- 2) konserwacja urządzeń mechanicznych i ich regulacja,
- 3) sprawdzenie działania mikroskopów po regulacji,

Wszystkie czynności muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi aparatury oraz dobrą praktyką inżynierską przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Wszystkie czynności wykonywane przez wykonawcę muszą odpowiadać przepisom w zakresie bhp i ochrony środowiska.

Mikroskopy znajdują się w Laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy Pracownia we Włocławku.

Wszystkie czynności muszą być wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Koszty dojazdu w obydwie strony pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia gotowości do konserwacji.

Zadanie 4

Przedmiotem zamówienia jest przegląd i kalibracja:

- 1) analizatora dwutlenku siarki Thermo 43i wyprodukowanego przez Thermo Electron Corporation USA zainstalowanego w stacji monitoringu przy ul Warszawskiej w Bydgoszczy,
w następującym zakresie:
 1. czyszczenie kapilar,
 2. regulacja lampy UV.
- 2) analizatora tlenu węgla Thermo 48i wyprodukowanego przez Thermo Electron Corporation USA zainstalowanego w stacji monitoringu przy ul Warszawskiej w Bydgoszczy,
w następującym zakresie:
 1. kontrola poprawności pracy przyrządu,
 2. czyszczenie toru pneumatycznego,
 3. konserwacja pompy,
 4. kontrola parametrów analizatora,
 5. kalibracja.
- 3) analizatora ozonu Thermo 49i wyprodukowanego przez Thermo Electron Corporation USA zainstalowanego w stacji monitoringu przy ul Warszawskiej w Bydgoszczy,
w następującym zakresie:
 1. czyszczenie kapilar,
 2. czyszczenie komory pomiarowej,
 3. czyszczenie elektrozaworów.
- 4) analizatora ozonu Thermo 49i wyprodukowanego przez Thermo Electron Corporation USA zainstalowanego w stacji monitoringu przy ul Tęźniowej w Ciechocinku,
w następującym zakresie:
 1. czyszczenie kapilar,
 2. czyszczenie komory pomiarowej,
 3. czyszczenie elektrozaworów.

Wszystkie czynności muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi aparatury oraz dobrą praktyką inżynierską przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Wszystkie czynności wykonywane przez wykonawcę muszą odpowiadać przepisom w zakresie bhp i ochrony środowiska.

Wszystkie czynności muszą być wykonywane w miejscu instalacji analizatorów. Koszty dojazdu w obydwie strony pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 5

Przedmiotem zamówienia jest przegląd i kalibracja:

WIOŚ-SSZP.272.17.2012

- 1) analizatora tlenków azotu API 200A wyprodukowanego przez MLU GmbH Austria znajdujące się w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy,
w następującym zakresie:
 1. czyszczenie komory pomiarowej,
 2. czyszczenie dysz krytycznych.
- 2) analizatora dwutlenku siarki API 100A wyprodukowanego przez MLU GmbH Austria zainstalowanego w stacji monitoringu przy ul. Plac Poznański w Bydgoszczy,
w następującym zakresie:
 1. czyszczenie komory pomiarowej,
 2. czyszczenie dysz krytycznych,
 3. regulacja lampy UV.
- 3) analizatora dwutlenku siarki API 100E wyprodukowanego przez MLU GmbH Austria znajdujące się w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy,
w następującym zakresie:
 1. czyszczenie komory pomiarowej,
 2. czyszczenie dysz krytycznych,
 3. regulacja lampy UV,
 4. kalibracja.
- 4) analizatora tlenków azotu API 200E wyprodukowanego przez MLU GmbH Austria znajdujące się w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy,
w następującym zakresie:
 1. czyszczenie komory pomiarowej,
 2. czyszczenie dysz krytycznych,
 3. kalibracja.
- 5) analizatora ozonu API 400E wyprodukowanego przez MLU GmbH Austria znajdujące się w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy,
w następującym zakresie:
 1. czyszczenie komory pomiarowej,
 2. czyszczenie elektrozaworów,
 3. kalibracja.

Wszystkie czynności muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi aparatury oraz dobrą praktyką inżynierską przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Wszystkie czynności wykonywane przez wykonawcę muszą odpowiadać przepisom w zakresie bhp i ochrony środowiska.

Wszystkie czynności muszą być wykonywane w miejscu instalacji analizatorów. Koszty dojazdu w obydwie strony pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

WIOŚ-SSZP.272.17.2012

Zadanie 6

Przedmiotem zamówienia jest naprawa automatycznej jednostki destylacyjnej Kjaltec 2200 o nr fabrycznym 22649 wyprodukowanego przez firmę Tecator w następującym zakresie:

- 1) przegląd techniczny,
- 2) wymiana pompy wody,
- 3) diagnoza i ewentualna naprawa innych uszkodzonych elementów.

Wszystkie czynności muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi aparatury oraz dobrą praktyką inżynierską przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Wszystkie czynności wykonywane przez wykonawcę muszą odpowiadać przepisom w zakresie bhp i ochrony środowiska.

Analizator znajduje się w Laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy Pracownia we Włocławku.

Wszystkie czynności muszą być wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Koszty dojazdu w obydwie strony pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia gotowości do naprawy.

Zadanie 7

Przedmiotem zamówienia jest naprawa pobornika pyłu MCZ Micro PNS LVS16 wyprodukowanego przez firmę Umwelttechnik MCZ GmbH Niemcy zainstalowanego w stacji monitoringu przy ul Sienkiewicza w Grudziądzu.

Opis awarii: awaria mechaniczna zasobnika filtra oraz awaria elektroniki

Wszystkie czynności muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi aparatury oraz dobrą praktyką inżynierską przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Wszystkie czynności wykonywane przez wykonawcę muszą odpowiadać przepisom w zakresie bhp i ochrony środowiska.

Wszystkie czynności muszą być wykonywane w miejscu instalacji pobornika. Koszty dojazdu w obydwie strony pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 8

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja sterylizatorów parowych pionowych ASVE o nr fabrycznym 2028 oraz ASVE/A o nr fabrycznym 3064, wyprodukowanych przez Spółdzielnię Pracy Mechaników SMS.

Zakres czynności podczas konserwacji sterylizatora parowego pionowego ASVE:

- 1) demontaż osłon,
- 2) czyszczenie elektrod poziomu wody w płaszczu grzejnym oraz w zbiorniku z zaworem pływakowym wraz z regulacją zaworu,
- 3) smarowanie mechanizmu zamykania pokrywy,
- 4) czyszczenie naczynia kondensacyjnego i wymiana uszczelki pokrywy,
- 5) czyszczenie elektrozaworów, pompki elektromagnetycznej, zbiornika płaszcza i szkła wodowskazu z osadu kamienia,

WIOŚ-SSZP.272.17.2012

- 6) oczyszczanie styków siłowych stycznika,
- 7) sprawdzenie szczelności układu wodno-parowego,
- 8) sprawdzenie instalacji elektrycznej,
- 9) wpisanie wykonanych czynności do Karty konserwacji

Zakres czynności podczas konserwacji sterylizatora parowego pionowego ASVE/A:

- 1) sprawdzenie działania układów mających wpływ na bezpieczeństwo (zaworu bezpieczeństwa, nastawy wyłączników ciśnieniowych, sterujących wytwornicą pary, połączeń elektrycznych),
- 2) kontrola stanu technicznego uszczelki,
- 3) sprawdzenie szczelności i oczyszczenie zaworów instalacji parowej, wodnej, i odpływowej,
- 4) sprawdzenie układu sterowania poziomą wody w wytwornicy pary,
- 5) sprawdzenie działania pompy próżniowej,
- 6) sprawdzenie przyrządów kontrolno-pomiarowych,
- 7) sprawdzenie elementów sygnalizacji stanów awaryjnych,
- 8) wykonanie testu szczelności i testu Bowie&Dick,
- 9) sprawdzenie działania sygnalizatora na programie P1-P7,
- 10) wpisanie wykonanych czynności do „Paszportu technicznego”.

Wszystkie czynności muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi aparatury oraz dobrą praktyką inżynierską przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Wszystkie czynności wykonywane przez wykonawcę muszą odpowiadać przepisom w zakresie bhp i ochrony środowiska.

Steryliizatory znajdują się w Laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy Pracownia we Włocławku.

Wszystkie czynności muszą być wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Koszty dojazdu w obydwie strony pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia gotowości do konserwacji.

Zadanie 9

Przedmiotem zamówienia jest naprawa sterylizatora parowego ASV-E o nr fabrycznym 1902 wyprodukowanego przez Spółdzielnię Pracy Mechaników SMS (usterka Er-2) oraz diagnozę uszkodzenia sterylizatora parowego typ ELVC 3870 wyprodukowanego przez Tuttnauer Co Ltd w wydaniem końcowego raportu o stanie technicznym z wyszczególnieniem rodzaju usterek

Wszystkie czynności muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi aparatury oraz dobrą praktyką inżynierską przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Wszystkie czynności wykonywane przez wykonawcę muszą odpowiadać przepisom w zakresie bhp i ochrony środowiska.

Steryliizatory znajdują się w Laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy Pracownia w Bydgoszczy.

Wszystkie czynności muszą być wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Koszty dojazdu w obydwie strony pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 10

WIOŚ-SSZP.272.17.2012

Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa dwóch poborników pyłu PM10 PNS LVS 3D 15A pyłu MCZ Micro PNS LVS16 wyprodukowanych przez firmę Atmoservice w następującym zakresie:

- 1) naprawa mechanicznych elementów podajnika oprawek filtrów,
- 2) kontrola poprawności pracy jednostki sterującej,
- 3) kontrola poprawności pracy jednostki zmieniacza filtrów,
- 4) konserwacja elementów mechanicznych,
- 5) kontrola przepływów

Wszystkie czynności muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi aparatury oraz dobrą praktyką inżynierską przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Wszystkie czynności wykonywane przez wykonawcę muszą odpowiadać przepisom w zakresie bhp i ochrony środowiska.

Wszystkie czynności muszą być wykonywane u Wykonawcy. Koszty transportu w obydwie strony pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 11

Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja analizatora ozonu ML9812 wyprodukowanego przez firmę Monitor Labs USA zainstalowanego w stacji monitoringu w Koniczynie w następującym zakresie:

- 1) kontrola poprawności pracy przyrządu,
- 2) czyszczenie toru pneumatycznego,
- 3) konserwacja pompy,
- 4) kontrola parametrów analizatora,
- 5) kalibracja.

Wszystkie czynności muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi aparatury oraz dobrą praktyką inżynierską przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Wszystkie czynności wykonywane przez wykonawcę muszą odpowiadać przepisom w zakresie bhp i ochrony środowiska.

Wszystkie czynności muszą być wykonywane w miejscu instalacji analizatora. Koszty dojazdu w obydwie strony pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

3. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (zwane dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany poniżej). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej

WIOŚ-SSZP.272.17.2012

treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Waldemar Baczyński,
tel. (52) 5826466, fax (52) 5826469
e-mail waldemar.baczynski@wios.bydgoszcz.pl
Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrań Wykonawców.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami wyboru.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- 4.1 Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SIWZ (wszystkie ceny w formularzu powinny być podane w złotych polskich).
- 4.2 Oświadczenia, przygotowanego zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2 do SIWZ.
- 4.3 Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 6. SIWZ.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte oraz ponumerowane i zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

Ofertę należy umieścić w opakowaniu zewnętrznie oznaczonym napisem: **Oferta na usługi konserwacji i naprawy aparatury laboratoryjnej nie otwierać przed dniem 21.09.2012r, godz.12.30**". Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Przy oświadczeniach Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty postępuje się tak, jak podczas składania oferty. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

Zgodnie z art. 22 ust 1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

5.1 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- na podstawie oświadczenia wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1.

5.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

- na podstawie oświadczenia wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1.

5.3 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

- na podstawie oświadczenia wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1.

5.4 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- na podstawie oświadczenia wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1.

5.5 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej

- na podstawie oświadczenia wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP.

6.1 W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy każdy z Wykonawców jest zobowiązany przedłożyć:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy;

6.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 6.2.

6.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

6.3.1 Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

6.3.2 Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Zgodnie z § 6.1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. nr 226, poz. 1817) dokumenty powyższe są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub zgłoszenia o gotowości do naprawy/konserwacji.

8. WARUNKI UMOWY

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa dostawy.

Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego ogólne warunki umowy na wykonanie Zamówienia, zgodnie z którymi zostanie zawarta umowa z wybranym Wykonawcą.

9. KRYTERIA OCENY OFERTY

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

Lp.	Wyszczególnienie kryteriów	Znaczenie kryterium
1	Cena	100%

Sposób oceny oferty:

Sposób obliczania punktów za kryterium cena:

Ocena punktowa oferty „x” = cena oferty najniższa/cena oferty badana × 100 × znaczenie kryterium

Ocenę końcową badanej Oferty stanowić będzie suma punktów kryteriów cena (maksymalnie 100 punktów).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.

10. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

WIOŚ-SSZP.272.17.2012

Termin składania ofert upływa w dniu 2012-09-21 o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
do pokoju nr 22 (sekretariat)

11. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 10. SIWZ.

14. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2012-09-21 o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
w pokoju nr 20

Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecny Wykonawcom na ich wniosek.

15. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA

Wykonawcy i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo opisane w art. 179-198g Ustawy. Zastosowanie mają środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

Zamawiający powiadomi o wyborze oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, w terminie zgodnym z art. 94 Pzp. Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

WIOŚ-SSZP.272.17.2012

17. ZAŁĄCZNIKI:

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 - Oświadczenia
- Załącznik nr 3 - Ogólne Warunki Umowy

FORMULARZ OFERTOWY (wzór)**Dane dotyczące Wykonawcy**

Nazwa.....
 Siedziba.....
 nr telefonu/faksu/email.....
 nr NIP.....

Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się do wykonania usługi dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy określonej parametrami i wymaganiami w pkt. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zadanie 1

za kwotę:

cena nettozł
 (słownie:)
podatek VAT.....zł
 (słownie:)
cena bruttozł
 (słownie:)

Podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z opisem zakresu, który ich dotyczy.

1.....
 2.....

Zadanie 2

za kwotę:

cena nettozł
 (słownie:)
podatek VAT.....zł
 (słownie:)
cena bruttozł
 (słownie:)

Podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z opisem zakresu, który ich dotyczy.

1.....
 2.....

Zadanie 3

za kwotę:

cena nettozł
 (słownie:)
podatek VAT.....zł
 (słownie:)
cena bruttozł
 (słownie:)

Podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z opisem zakresu, który ich dotyczy.

- 1.....
2.....
.....

Zadanie 4

za kwotę:

cena nettozł
(słownie:)
podatek VAT.....zł
(słownie:)
cena bruttozł
(słownie:)

Podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z opisem zakresu, który ich dotyczy.

- 1.....
2.....
.....

Zadanie 5

za kwotę:

cena nettozł
(słownie:)
podatek VAT.....zł
(słownie:)
cena bruttozł
(słownie:)

Podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z opisem zakresu, który ich dotyczy.

- 1.....
2.....
.....

Zadanie 6

za kwotę:

cena nettozł
(słownie:)
podatek VAT.....zł
(słownie:)
cena bruttozł
(słownie:)

Podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z opisem zakresu, który ich dotyczy.

- 1.....
2.....
.....

Zadanie 7

za kwotę:

cena nettozł
 (słownie:)
podatek VAT.....zł
 (słownie:)
cena bruttozł
 (słownie:)

Podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z opisem zakresu, który ich dotyczy.

1.....
 2.....

Zadanie 8

za kwotę:

cena nettozł
 (słownie:)
podatek VAT.....zł
 (słownie:)
cena bruttozł
 (słownie:)

Podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z opisem zakresu, który ich dotyczy.

1.....
 2.....

Zadanie 9

za kwotę:

cena nettozł
 (słownie:)
podatek VAT.....zł
 (słownie:)
cena bruttozł
 (słownie:)

Podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z opisem zakresu, który ich dotyczy.

1.....
 2.....

Zadanie 10

za kwotę:

cena nettozł
 (słownie:)
podatek VAT.....zł

(słownie:)
cena brutto**zł**
(słownie:)

Podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z opisem zakresu, który ich dotyczy.

- 1.....
- 2.....
-

Zadanie 11

za kwotę:

cena netto**zł**
(słownie:)
podatek VAT.....**zł**
(słownie:)
cena brutto**zł**
(słownie:)

Podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z opisem zakresu, który ich dotyczy.

- 1.....
- 2.....
-

Data

.....

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

OŚWIADCZENIA

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Numer telefonu Numer faksu

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne jako Wykonawca,

Oświadczamy, że reprezentowany przez nas podmiot spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia reprezentowanego przez nas podmiotu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych oferta na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz akceptujemy ogólne warunki umowy (w treści zgodnej z załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia załącznik nr 3) i w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

podpisy osób uprawnionych
do występowania w obrocie prawnym

.....

.....

data:

OGÓLNE WARUNKI UMOWY**§1**

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje, na warunkach określonych niniejszą umową, obowiązek wykonania konserwacji/naprawy*, zwanego dalej aparaturą, znajdującej się w w następującym zakresie:

- 1)
- 2)
- itd.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać obowiązki określone w §1 w terminie 30 dni od zawarcia umowy/zgłoszenia gotowości do naprawy/konserwacji*.
2. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do aparatury.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków określonych w §1 na następujących zasadach:
 - 1) wszystkie czynności muszą być wykonywane przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi aparatury oraz dobrą praktyką inżynierską przez odpowiednio przeszkolonych pracowników,
 - 2) wszystkie czynności wykonywane przez Wykonawcę muszą odpowiadać przepisom w zakresie bhp i ochrony środowiska,
 - 3) wszystkie niezbędne narzędzia, części i materiały do wykonywania obowiązków określonych w §1 dostarcza Wykonawca.
4. Po wykonaniu przedmiotu umowy określonego w §1 nastąpi odbiór wykonanych prac, który zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym w siedzibie Zamawiającego przez przedstawicieli obu stron.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości zł (słownie:).
2. Podana kwota zawiera podatek VAT w obowiązującej wysokości.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, obejmuje wszystkie koszty powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy, w tym koszty narzędzi, części i materiałów, o których mowa w §2 ust. 3 pkt 3 oraz koszty dojazdu do Zamawiającego/transportu w obie strony*.
4. Podstawą rozliczenia będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru i sporządzeniu protokołu, o których mowa w §2 ust. 4.
5. Wynagrodzenie wynikające z faktury VAT płatne będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego przelewem na konto podane w tej fakturze.
6. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego regulowania należności podatkowych (podatek VAT) związanych z wystawioną dla Zamawiającego fakturą VAT oraz do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania w przypadku nieprawidłowego wystawienia faktury VAT.
8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP

§4

1. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w §2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1, w przypadku niewykonania lub

nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w §1, z zachowaniem zasad, o których mowa w §2 ust. 3.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesie szkodę przewyższającą wysokość którejkolwiek z zastrzeżonych kar umownych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych należnych Zamawiającemu z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§5

Zamawiający ma prawo kontrolować sposób wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy określonego w §1.

§6

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy stosownie do przepisu art.145 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§7

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§8

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu w Bydgoszczy.

§9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jedna dla Wykonawcy dwie dla Zamawiającego.

NIE WNOŚZĘ UWAG
FORMALNO-PRAWNYCH

dnia

10.08.2012
RADCA PRAWNY
Anita Jędrzejek
B. 589

*- niepotrzebne skreślić