

Bydgoszcz, dnia 18.09.2012r

WIOŚ-SSZP.272.17.2012

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zgodnie z art. 38 ust 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę konserwacji i napraw aparatury laboratoryjnej.

### **Pytanie 1:**

Zadanie nr 9 - Czy zamawiający dopuszcza rozdzielenie zadania naprawa sterylizatora parowego ASV-E nr fabryczny 1902 wyprodukowanego przez Spółdzielnię Pracy Mechaników SMS, i diagnoza uszkodzenia sterylizatora parowego ELVC 3870 wyprodukowanego przez Tuttnauer Co Ltd. Z wydaniem raportu końcowego o stanie technicznym na dwa odrębne zadania.

Czy w ofercie koszt naprawy ma być uwzględniony koszt części potrzebnych do realizacji zamówienia czy części są odrębnym zakupem.

### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający nie podzieli Zadania nr 9 na dwa odrębne zadania. Części potrzebne do wykonania naprawy mają być uwzględnione w cenie oferty.

Specjalista  
ds. zamówień publicznych i inwestycji  
mgr inż. Waldemar Baczyński